

ISTRUZIONI PER L'USO

COMPLEMENTO DI CONIGLIO
PER USO DIAGNOSTICO IN VITRO

REF 7018, 7023



0123

Descrizione	REF
Complemento di coniglio	7018
Complemento di coniglio	7023

Descrizione del prodotto

Il **complemento di coniglio** viene prodotto da un grande pool di siero di coniglio per assicurare il più possibile una identica attività del complemento in lotti differenti. Il complemento di coniglio viene usato per es. nel test di microlinfocitotossicità per determinare gli antigeni-HLA sulla membrana dei linfociti.

Preparazione

Sciogliere il complemento liofilizzato in 1 ml o 5 ml di acqua distillata (in base alle dimensioni della confezione). La ricostituzione impiega 10-15 minuti.

Il complemento ricostituito deve essere conservato al fresco (2-8° C) e usato entro 3-4 ore.

NON CONGELARE il complemento ricostituito.

Avvertenze e precauzioni

Il complemento di coniglio è adatto solo per uso diagnostico in vitro e dovrebbe essere utilizzato da personale adeguatamente addestrato. Nonostante ciò tutti i materiali biologici usati dovrebbero essere maneggiati come potenzialmente infetti, perché non si può garantire che il materiale di origine biologica sia esente da agenti infettivi. Quando si maneggia materiale biologico si raccomandano appropriate precauzioni di sicurezza (non pipettare con la bocca, indossare i guanti mentre si maneggia materiale biologico e si esegue il test, disinfettare le mani al termine del test).











Il materiale biologico dovrebbe essere inattivato prima dello smaltimento (per es. in autoclave). Il materiale monouso dovrebbe essere autoclavato o incenerito dopo l'uso. La fuoriuscita di materiale potenzialmente infetto dovrebbe essere rimosso immediatamente con carta assorbente e le aree contaminate pulite con un disinfettante standard o con etanolo al 70%. Il materiale usato per pulire, inclusi i guanti, dovrebbe essere inattivato prima dello smaltimento (per es. in autoclave).

Tutti i campioni e il materiale usato per eseguire i test dovrebbero essere smaltiti secondo le leggi nazionali e locali.

Il reagente fornito non dovrebbe causare rischi per la salute quando è usato secondo i principi della Buona Pratica di Laboratorio (*Good Laboratory Practice*), secondo buoni standard di igiene professionale e le istruzioni d'uso.

Non usare il complemento di coniglio oltre la data di scadenza indicata sull'etichetta.

Scadenza: Liofilizzato fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta; ricostituito vedere paragrafo "Preparazione".
Conservazione: liofilizzato 2-8° C o ≤ -20° C; ricostituito vedere paragrafo "Preparazione".
Confezione : Si vedano le indicazioni sull'etichetta.

Spiegazione dei simboli usati sulle etichette			
	Utilizzare entro...		Consultare le Istruzioni d'Uso
	Temperatura di conservazione		Per uso diagnostico in vitro
	Complemento di coniglio		Codice del lotto
	Destinazione d'uso: Tipizzazione HLA		Codice prodotto
	liofilizzato		oppure

Per le istruzioni d'uso in altre lingue consultare il sito: <http://www.bag-healthcare.com> o telefonare al +49 (0)6404-925-125

Versione: 1/2014 / Pubblicata il: 2014-03